

Wykaz wyposażenia w sprzęt medyczny gabinetu weterynaryjnego oraz zabiegowego

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Stół weterynaryjny ambulatoryjny ze stali nierdzewnej odporny na środki dezynfekcyjne (kwasowe i zasadowe) o następujących parametrach: wymiary blatu minimum 60cmx135cm, wysokość stołu 70cm-85cm, brak konieczności regulowania wysokości stołu. Stół stacjonarny lub na kółkach z możliwością blokady. 1szt.
- 2) Stół weterynaryjny zabiegowy (chirurgiczny) ze stali nierdzewnej o wysokości regulowanej w zakresie do 115cm; nóżki na kółkach z możliwością blokady lub stacjonarny. Wymiary blatu minimum 135cm x 65cm. 1 szt.
- 3) Mata gumowa na blat stołu ambulatoryjnego o wymiarach adekwatnych do wymiarów blatu stołu, lub z możliwością docięcia. Mata gumowa musi być wodoodporna i odporna na środki dezynfekcyjne. 1 szt.
- 4) Materac na stół zabiegowy o wymiarach odpowiadających wymiarom blatu stołu zabiegowego i grubości minimum 3cm. Materac musi być odporny na zmywanie środkami dezynfekcyjnymi. 1 szt.
- 5) Mikroskop laboratoryjny optyczny z powiększeniem 10x, 40x,100x,400x do obserwacji w polu jasnym (zawierający obiektyw do oglądania preparatów pod immersją). 1 szt.
- 6) Aparat ultrasonograficzny przenośny lub stacjonarny z głowicą skanującą o częstotliwości 4Mhz do 8,5Mhz. Typ głowicy konweksowa albo sektorowa. 1szt.
- 7) Stojak do kroplówek z możliwością regulacji wysokości, na kółkach lub stacjonarny, z możliwością zawieszenia co najmniej dwóch butelek do infuzji. Wysokość regulowana do 200cm. 2szt.
- 8) Stolik narzędziowy chirurgiczny ze stali nierdzewnej, odporny na środki dezynfekcyjne, stacjonarny lub na kółkach, z możliwością regulacji wysokości do 115cm. Wymiary blatu stolika narzędziowego minimum 50cmx40cm. 1szt.
- 9) Sterylizator na suche gorące powietrze do sterylizacji metalowych narzędzi medycznych, szkła, porcelany z możliwością regulacji czasu oraz temperatury sterylizacji (w zakresie 160 do 250 stopni Celsjusza) lub zamiast sterylizatora na suche gorące powietrze autoklaw do sterylizacji narzędzi metalowych z możliwością regulacji temperatury i czasu sterylizacji narzędzi parą wodną. Sterylizator lub autoklaw musi posiadać gabaryty pozwalające na sterylizację co najmniej 6 kuwetek metalowych zawierających podstawowy zestaw narzędzi służących do wykonania zabiegu chirurgicznego. Wielkość kuwetki zawierającej podstawowy zestaw narzędzi waha się w granicach 20cmx30cm. 1szt.
- 10) Latarka diagnostyczna medyczna z żarówką klasyczną lub oświetleniem halogenowym. 1szt.

- 11) Wirówka do krwi i osocza z możliwością regulacji ilości obrotów na minutę, umożliwiającą wirowanie co najmniej 6 probówek o wielkości 5-15ml. 1 szt
- 12) Stetoskop Littmann pediatryczny 1 szt.
- 13) Mata Grzewcza- elektryczna legowisko o wymiarach minimum 40cmx40cm. 2szt
- 14) Otoskop ze źródłem oświetlenia typu LED oraz wymiennymi końcówkami (wziernikami) 1szt.
- 15) Lampa zabiegowa bezcieniowa stacjonarna lub na ramieniu podwieszonym z możliwością ustawienia pola oświetlanego. Źródło światła żarówki klasyczne lub oświetlenie halogenowe lub oświetlenie ksenonowe.
- 16) Nosze weterynaryjne płachtowe z pokrowcem lub bez, o wymiarach minimum 70cmx140cm.
- 17) Pojemniki ze stali nierdzewnej o wymiarach minimum 20cmx25cm. 18 szt. Do wysokości 6cm.
- 18) Pulsoksymetr weterynaryjny z ekranem LED z klipsem dla małych zwierząt.
Koncentrator tlenu weterynaryjny umożliwiający uzyskanie tlenu o stężeniu minimum 90% 1 szt.
- 19) Piezodent zawierający: pedał nożny, kabel zasilający, oraz zestaw końcówek ultradźwiękowych do usuwania kamienia nazębnego z regulacją częstotliwości Khz. 1szt.
- 20) Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania stacjonarna, przenośna lub sufitowa do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń światłem ultrafioletowym z pojedynczym promiennikiem. 3szt
- 21) Żarówki do lampy bakteriobójczej o mocy 15W w wymiarach adekwatnych do wymiarów lamp bakteriobójczych (patrz: pkt.21).
- 22) Kleszcze Beckhaus 6-8cm 24szt
 - Igłotrzymacz Mathieu 6szt
 - Nożyczki chirurgiczne T/T 14cm 8szt
 - Nożyczki chirurgiczne O/T 14cm 8szt
 - Kleszcze pean 6cm zagięte 8szt
 - Kleszcze kocher zagięte 16cm 8szt
 - Kleszcze pean proste 14cm 8szt
 - Dłuto kostne 10cm oraz 20cm szerokość brzoju 10mm oraz 15mm po 1 szt. każde.